



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 26 февраля 2021 года № РЗН 2019/9318

На медицинское изделие

**Аппарат электрохирургический высокочастотный «МикроТерм»
по ТУ 32.50.50-001-26463826-2018**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Протон Мед"
(ООО "Протон Мед"), Россия, 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10,
стр. 1, эт. 2, офис 207А**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Протон Мед"
(ООО "Протон Мед"), Россия, 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10,
стр. 1, эт. 2, офис 207А**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Протон Мед", Россия, 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10,
стр. 1, эт. 2, офис 207А**

Номер регистрационного досье № РД-37222/70897 от 02.11.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 26 февраля 2021 года № 1622
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0054163

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 февраля 2021 года № РЗН 2019/9318

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат электрохирургический высокочастотный «МикроТерм»
по ТУ 32.50.50-001-26463826-2018:**

1. Аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции «МикроТерм», в составе:

- электронный блок для электроэпиляции и коагуляции;
- шнур электропитания;
- педаль управления;
- ручка для эпиляции;
- ручка для коагуляции;
- электрод шар Ø 3 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- электрод петля круглая Ø 3 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- электрод нож прямой 15 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- электрод игла Ø 0,25 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- нейтральный электрод, производства "ФИАБ СпА", Италия, РУ № ФСЗ 2010/07652;
- электрод для эпиляции вольфрамовый Ø 0,08 мм;
- электрод для эпиляции вольфрамовый Ø 0,1 мм;
- руководство по эксплуатации.

2. Аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции «МикроТерм», в составе:

- электронный блок для электроэпиляции;
- шнур электропитания;
- педаль управления;
- ручка для эпиляции;
- электрод для эпиляции вольфрамовый Ø 0,08 мм;
- электрод для эпиляции вольфрамовый Ø 0,1 мм;
- руководство по эксплуатации.

3. Аппарат электрохирургический для высокочастотной коагуляции «МикроТерм», в составе:

- электронный блок для коагуляции;
- шнур электропитания;
- педаль управления;
- ручка для коагуляции;
- электрод шар Ø 3 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- электрод петля круглая Ø 3 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- электрод нож прямой 15 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0080389

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 февраля 2021 года № РЗН 2019/9318

Лист 2

- электрод игла Ø 0,25 мм, длина 35 мм Ø хв. 1,2 мм;
- нейтральный электрод, производства "ФИАБ СпА", Италия, РУ № ФСЗ 2010/07652;
- руководство по эксплуатации.

W

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0080390